

 CORDAR S.P.A. Biella Servizi	Documento di Registrazione	Numero	DR 01-P07	 <small>SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO</small>
	SCHEDA INDIVIDUALE STRUMENTO	Rev.01	Del 18.05.2019	
		Rif.sez. 8 Manuale Qualità	Pagina 1 di 2	

DATI GENERALI					
TIPO	<input type="checkbox"/> Primario		<input checked="" type="checkbox"/> Uso Corrente		
DENOMINAZIONE TECNICA	SONDA MISURAZIONE SOLIDI SOSPESI				
DENOMINAZIONE COMMERCIALE	SOLITAX SC LXG 423				
COSTRUTTORE	HACH LANGE		FORNITORE	HACH LANGE	
MATRICOLA costruttore	20075118		MATRICOLA interna	1711	
UBICAZIONE (sito-settore)	SCARICO FINALE- BS		UTILIZZO	MISURA SOLIDI SOSPESI	
DATA INSTALLAZIONE	08/2015 (04/2012 prima era in OX)				
CAMPO DI MISURA	0,001 – 50 mg/l		TOLLERANZA	1% valore misurato	
MANUALI TECNICI DI RIFERIMENTO	SOLITAX SC				

DATI TARATURA				
TIPO DI TARATURA	<input type="checkbox"/> interna		<input checked="" type="checkbox"/> esterna	
MODALITA' TARATURA	Rif. Istruz. Operativa n.	G 1		
FREQUENZA DI TARATURA PROGRAMMATA	ANNUALE			

PROVE DI TARATURA									
Data	Taratura		n. matricola certificato	Ente Esterno Settore CORDAR	Idoneità		Scadenza Taratura	Firma TECNICO	NOTE
20/11/25	<input checked="" type="checkbox"/>	S	25069DCA	HACH	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	20/11/26	<i>Pinello Francoso</i>	
	<input type="checkbox"/>	S			<input type="checkbox"/>	NO			
	<input type="checkbox"/>	S			<input type="checkbox"/>	NO			
	<input type="checkbox"/>	S			<input type="checkbox"/>	NO			

